



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
U. O. C. Ingegneria Clinica



REGIONE CALABRIA

Rif. N.° 138/SIC15

Cosenza 27/01/2015

OGGETTO: Indagine di mercato. Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo "full-risk" relativo ad apparecchiature per emodialisi e relative componenti di produzione e fornitura Gambro Hospital per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Con riferimento al servizio di manutenzione indicato in oggetto, si informa che questa Azienda, con pubblicazione sul sito internet aziendale <http://www.asp.cosenza.it/> - intende avviare un'indagine di mercato volta alla conoscenza di operatori tecnici in grado di effettuare un "Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo "full-risk" relativo ad apparecchiature per emodialisi e relative componenti di produzione e fornitura Gambro Hospital per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza", con le seguenti modalità:

- Esecuzioni delle manutenzioni preventive comprensive dei controlli di sicurezza elettrica secondo le norme CEI e secondo le periodicità e i protocolli indicati nel manuale delle apparecchiature;
- Esecuzione, almeno due volte all'anno, del controllo qualità di ogni singola attrezzatura comprovato da un documento che ne accerti lo standard qualitativo della medesima;
- Numero illimitato di chiamate per la manutenzione correttiva nonché tutte le operazioni necessarie al ripristino del funzionamento delle apparecchiature per emodialisi e relative componenti, in seguito a segnalazione di malfunzionamenti o rotture avvenute durante il normale utilizzo, esclusi i danni derivanti da incuria e/o uso improprio;
- Saranno incluse tutte le parti di ricambio e parti usurabili originali non monouso;
- Fornitura, a titolo gratuito, dell'aggiornamento hardware e software continuativo delle attrezzature per evitare problemi di obsolescenza, secondo le indicazioni del produttore;
- Fornitura di un numero adeguato di apparecchiatura/e di scorta, degli stessi modelli, con lo scopo di garantire la continuità del servizio di dialisi;
- Sarà inclusa ogni spesa per il personale tecnico dedicato, che dovrà essere qualificato e formato specialisticamente per operare sulle apparecchiature oggetto della presente indagine.

Tipologie di apparecchiature oggetto della presente indagine di mercato:

Artis AFBK -- Integra -- Prismaflex -- Integra Physio HDF -- AK200 Sel UFD AK200 ULTRA SEL UFD -- Artis -- Prismaflex 5.00 -- Prismaconfort riscaldatore sanguigno.

Gli operatori economici in grado di garantire almeno quanto sopra indicato sono invitati a darne comunicazione entro il 30-03-2015 mediante fax 09848933809 oppure via e-mail all'indirizzo:

Il Direttore U.O.C.
Ing. Nicola Buoner Cristiano

REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Unità Operativa Gambro Ingegneria Clinica
DISPOSIZIONE U.O.C. E U.O. UFFICIE SANITARI
IL RESPONSABILE AREA SUD
(Dr. Cosentino Perri)

Via Millelli 19 - 87100 Cosenza - Tel / Fax: 0984 8933813 - 0984 8933809