



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

U.O.C. FORNITURE SERVIZI E LOGISTICA

Tel.09848933406 Fax 0984.8933448 e-mail: acquisizionebeniservizi@aspcs.gov.it

**AL Direttore U.O.C. SISA
Dott.ssa Virginia Stefano
SEDE**

Oggetto: Pubblicazione Relazione Tecnica RdO n.2658866 – Fornitura ANGIO-OCT TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA- COMPLETO DI FLUORANGIOGRAFO ED AUTOFLUORESCENZA (Lotto 1).

Su disposizione del Dirigente della U.O.C. Forniture Servizi e Logistica, Avv. Maria Acquaviva, con la presente si chiede la pubblicazione sia sul Sito Aziendale che nella sezione Amministrazione Trasparente, dell'allegata Relazione tecnica della procedura di gara per la fornitura di n.1 Angio-Oct Tomografo a Coerenza Ottica - Completo di Fluorangiografo ed Autofluorescenza (Lotto 1), per la U.O.C. di Oculistica dello Spoke Paola-Cetraro -RdO n. 2658866.

Certi di un sollecito riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Greco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma2,del D.lgs. 39/93

UNITÀ OPERATIVA DI MICROCHIRURGIA OCULARE

Direttore: Dott. Ottavio CAPARELLO

Tel. Reparto

0982.977306

Tel. Ambulatorio

0982.977261

*RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE PER LA FORNITURA DI N°1 ANGIO-OCT-
TOMOGRFO A COERENZA OTTICA COMPLETO DI FLUORANGIOGRFO ED
AUTOFLUORESCENZA U.O. DI OCULISTICA CETRARO*


Premesso che l'ASP di Cosenza al fine di dotare l'U.O. di Oculistica di Cetraro di un apparecchio Angio-Oct completo di fluorangiografo ed autofluorescenza (unica delle U.O. di Oculistica della ASP di Cosenza priva dello strumento in oggetto) ed evidenziato come la richiesta fosse indirizzata ad acquisire uno strumento capace di svolgere tutte le funzioni richieste per ottenere immagini tomografiche ed angiografiche sovrapponibili al fine di una diagnosi più qualificata ,si evidenzia come la ditta Hospital Instruments ,pur offrendo n°2 apparecchiature distinte per angiografia e angio-tomografia ,è dotata di un sistema che consente di integrare le due funzioni in un'unica schermata finale e permettere quindi di avere le diverse funzioni richieste integrate .Il sistema in oggetto offerto in gara consente di ammettere e valutare l'offerta della ditta Hospital Instruments .

Valutate le caratteristiche tecno-cliniche minime per potere essere ammessi alla valutazione finale si evidenzia come le 2 offerte della ditta Emmegi Hospital e Hospital Instruments presentano i requisiti minimi richiesti (con delle differenze che saranno evidenziate nella griglia valutativa) e posseggono entrambe gli elementi richiesti nel capitolato .

Ditta Emmegi Hospital:Totale 70

#	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
1	Caratteristiche generali	8
2	Tecnologia di acquisizione	9
3	Velocità di scansione	9
4	Lunghezza d'onda	9
5	Sistema di Eye Traking	7
6	Modulo Angio	7
7	Modulo Segmento anteriore	7
8	Modulo fluorangiografo	7
9	Organizzazione assistenza tecnica	7
	TOTALE	70

ASP Cosenza N. 26407 del 23/02/2021


**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA**

 Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

 STABILIMENTO OSPEDALIERO "G. IANNELLI"
87022 CETRARO (Cosenza)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ OPERATIVA DI MICROCHIRURGIA OCULARE

Tel. Reparto

0982.977306

Direttore: Dott. Ottavio CAPARELLO

Tel. Ambulatorio

0982.977261

Ditta Hospital Instruments: Totale 58

#	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
1	Caratteristiche generali	5
2	Tecnologia di acquisizione	5
3	Velocità di scansione	9
4	Lunghezza d'onda	4
5	Sistema di Eye Traking	7
6	Modulo Angio	7
7	Modulo Segmento anteriore	7
8	Modulo fluorangiografo	7
9	Organizzazione assistenza tecnica	7
	TOTALE	58

Cetraro 22.02.2021

Componente Tecnico Commissione

Dr. Pietro Carlomagno

N. 6146/CS

Referente Ingegneria Clinica

Sig. Giovanni Mazzei

 REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA
P. I. Mazzei Giovanni